



# 認定証付属書

エステイケイテクノロジー株式会社 半導体事業本部  
〒870-0108 大分県大分市大字三佐 2443 番地 1  
山崎 恵 Tel: 097-521-1437

本認定を、上記組織の実施する下記試験について授与する。

試験分野	試験された 品目、材料、製品	試験の内容または 測定された属性	適用された仕様、 規格に規定された方法または手法	範囲および 政令基準
電氣的 試験 <sup>F</sup>	半導体素子	バーンイン装置の 槽内温度設定	JESD22-A108-4.2.3.2 規格に 基づく高温動作寿命試験手順書 (SBS21019)  温度データ収集システム 温度記録計	125 °C ± 3 °C
		バーンイン装置の 電圧設定	マルチメータ R6452A	1.6 V ± 0.3 V 3.7 V ± 0.3 V

1. 上付き文字” F” は、試験所が固定された位置で示されたパラメータの試験を実行することを意味している。  
(例：” Outside Micrometer<sup>F</sup>” は、試験所が固定された位置でこの試験を行うことを明確にしている。)